ICS 71.100.70
C 96

中华人民共和国医药行业标准

YY/T 1782—2021

荧光免疫层析分析仪

Fluorescence immunochromatography analyzer

2021-09-06 发布　　2023-03-01 实施

国家药品监督管理局　发布

前　言

本标准按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不负责识别专利的责任。

本标准由国家药品监督管理局提出。

本标准由全国体外诊断检测技术标准化技术委员会(SAC/TC 136)归口。

本标准起草单位:北京百时代生物医学科技有限公司、中国食品药品检定研究院、苏州长光华医生物医学工程有限公司、北京万泰生物药业股份有限公司、北京科卫临床诊断试剂有限公司、北京热景生物技术股份有限公司、北京博晖创新光电技术股份有限公司、北京华科泰生物技术股份有限公司、北京利德曼生化股份有限公司、北京九强生物技术股份有限公司、北京乐普诊断科技股份有限公司、北京万孚生物技术股份有限公司、北京金山医学检验所有限公司、北京金准生物技术有限公司、北京中检维康医学检验所有限公司、北京中生奥普生物技术有限公司、北京中生金域诊断技术股份有限公司、北京中生紫荆基因诊断技术有限公司、北京中生康泰医学检验实验室有限公司、北京中生华美医学检验所有限公司、北京中生京玉医学检验实验室有限公司、北京中生京元临床检验有限公司、北京中生京西医学检验实验室有限公司、北京中生京都医学检验实验室有限公司、北京中生京城医学检验实验室有限公司、北京中生京华医学检验实验室有限公司、北京中生京润医学检验实验室有限公司、北京中生京通医学检验实验室有限公司、北京中生京顺医学检验实验室有限公司、北京中生京东医学检验实验室有限公司、北京中生京门医学检验实验室有限公司、北京中生京平医学检验实验室有限公司、北京中生京怀医学检验实验室有限公司、北京中生京悦医学检验实验室有限公司、北京中生京泰医学检验实验室有限公司、北京中生京盛医学检验实验室有限公司、北京中生京兴医学检验实验室有限公司、北京中生京亦医学检验实验室有限公司、北京中生京合医学检验实验室有限公司、北京中生京和医学检验实验室有限公司、北京中生京安医学检验实验室有限公司、北京中生京康医学检验实验室有限公司、北京中生京福医学检验实验室有限公司、北京中生京瑞医学检验实验室有限公司、北京中生京祥医学检验实验室有限公司、北京中生京宁医学检验实验室有限公司、北京中生京丰医学检验实验室有限公司、北京中生京泽医学检验实验室有限公司、北京中生京盈医学检验实验室有限公司、北京中生京昌医学检验实验室有限公司、北京中生京德医学检验实验室有限公司、北京中生京隆医学检验实验室有限公司、北京中生京兴医学检验实验室有限公司、北京中生京亦医学检验实验室有限公司、北京中生京合医学检验实验室有限公司、北京中生京和医学检验实验室有限公司、北京中生京安医学检验实验室有限公司、北京中生京康医学检验实验室有限公司、北京中生京福医学检验实验室有限公司、北京中生京瑞医学检验实验室有限公司、北京中生京祥医学检验实验室有限公司、北京中生京宁医学检验实验室有限公司、北京中生京丰医学检验实验室有限公司、北京中生京泽医学检验实验室有限公司、北京中生京盈医学检验实验室有限公司、北京中生京昌医学检验实验室有限公司、北京中生京德医学检验实验室有限公司、北京中生京隆医学检验实验室有限公司。

本标准主要起草人:王静、刘宇、何志勇、张强、王鹏、董海。

荧光免疫层析分析仪

1　范围

本标准规定了荧光免疫层析分析仪的要求、试验方法、检验规则和标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于对已获得体外诊断试剂注册证的胶体金免疫层析检测卡进行检测的荧光免疫层析分析仪(以下简称为分析仪)。

本标准不适用于对已获得体外诊断试剂注册证的荧光免疫层析检测卡进行检测的荧光免疫层析分析仪。

2　规范性引用文件

下列文件对于文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1　计数抽样检验程序　第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4793.1　测量、控制和实验室用电气设备的安全要求　第1部分:通用要求

GB/T 4793.9　测量、控制和实验室用电气设备的安全要求　第9部分:实验室用体外诊断(IVD)医疗设备的特殊要求

GB/T 14710　医用电器环境要求及试验方法

GB/T 16895.21　建筑物电气装置　第7-710部分:特殊装置或场所的要求　医疗场所

GB/T 19001　质量管理体系　要求

GB/T 19633.2　最终灭菌医疗器械包装　第2部分:成型、密封和装配过程的确认要求

YY/T 0466.1　医疗器械　用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号　第1部分:通用要求

YY/T 0596　医用电器设备环境可贮存条件要求　温度、湿度和大气压力

3　术语和定义

3.1

荧光免疫层析分析仪　fluorescence immunochromatography analyzer

与配合使用的检测卡(3.2)配套,基于对检测卡反应区(3.3)的光学信号进行检测,并对检测结果进行分析和处理的仪器。

[来源:GB/T 19702—2005,3.1,有修改]

3.2

荧光免疫层析分析卡　fluorescence immunochromatography analyzer

与荧光免疫层析分析仪配合使用,通过免疫层析反应和荧光标记物进行定性、半定量或定量检测样品中目标物的一次性使用的检测装置。

4　术语和缩略语

4.1　术语

4.1.1

荧光免疫层析分析仪　fluorescence immunochromatography analyzer

与配合使用的检测卡(3.2)配套,基于对检测卡反应区(3.3)的光学信号进行检测,并对检测结果进行分析和处理的仪器。

[来源:GB/T 19702—2005,3.1,有修改]

4.1.2

荧光免疫层析分析卡　fluorescence immunochromatography analyzer

与荧光免疫层析分析仪配合使用,通过免疫层析反应和荧光标记物进行定性、半定量或定量检测样品中目标物的一次性使用的检测装置。

4.2　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CV:变异系数(coefficient of variation)

LOD:检出限(limit of detection)

NC膜:硝酸纤维素膜(nitrocellulose membrane)

4.3　型式

型式分为:

a)　台式:放置在实验室台面使用,体积较大,便于操作和观察,适合固定场所使用;

b)　便携式:体积小巧,重量轻,可手持或携带,适合现场快速检测。

4.4　结构

结构型式分为以下几种:

a)　一体式:检测卡插入后,仪器自动完成加样、反应、检测和结果显示,操作简单,适合非专业人员使用;

b)　分体式:检测卡插入后,需手动将样品滴加到卡上,等待反应完成后再进行检测,适合需要灵活操作的场景;

c)　自动化:具有自动进样、自动清洗、自动检测和自动废弃功能,适合高通量检测需求。

4.5　检测原理

检测原理为荧光免疫层析法,即利用荧光标记的抗体或抗原与样品中的目标物发生特异性结合,形成免疫复合物,并通过层析作用使复合物在检测卡上的反应区(3.3)富集,最后通过荧光信号的强度来判断目标物的浓度或存在与否。

5　技术要求

5.1　总体工作要求

5.1.1　仪器应具有良好的人机交互界面,操作应简单直观,符合人因工程学原则,降低误操作风险。

5.1.2　仪器应具有自检功能,开机后应能自动检测关键部件(如光源、检测器、机械结构等)的状态,并在异常时给出明确提示。

5.1.3　仪器应具有数据存储功能,能够保存检测结果及相关信息,存储容量应不少于1000组数据。

5.1.4　仪器应具有数据导出功能,支持通过USB接口或无线方式将数据传输至外部设备。

5.2　外观

仪器外观应平整光滑,无明显划痕、凹坑、变形等缺陷,颜色均匀一致,无褪色、起泡或剥落现象。

5.3　性能要求

5.3.1　检出限

仪器对检测卡的检出限应符合产品注册证中规定的要求。

5.3.2　准确度

仪器对检测卡的准确度应符合产品注册证中规定的要求。

5.3.3　精密度

仪器对检测卡的精密度应符合产品注册证中规定的要求。

5.3.4　线性范围

仪器对检测卡的线性范围应符合产品注册证中规定的要求。

5.3.5　特异性

仪器对检测卡的特异性应符合产品注册证中规定的要求。

5.4　环境适应性

仪器应能在以下环境条件下正常工作:

a)　温度:10 ℃～30 ℃;

b)　相对湿度:≤85%(无凝露);

c)　大气压力:86 kPa～106 kPa。

5.5　安全要求

仪器应符合GB/T 4793.1和GB/T 4793.9的要求。

5.6　电磁兼容性

仪器应符合GB/T 19633.2的要求。

5.7　机械性能

仪器应具有良好的机械性能,能够承受运输和日常使用过程中的振动、冲击和跌落,不应出现结构损坏或功能失效。

5.8　环境试验

仪器应能在以下环境条件下贮存:

a)　温度:-20 ℃～55 ℃;

b)　相对湿度:≤85%(无凝露);

c)　大气压力:86 kPa～106 kPa。

6　试验方法

6.1　总则

除另有规定外,试验应在以下环境条件下进行:

a)　温度:10 ℃～30 ℃;

b)　相对湿度:≤75%(无凝露);

c)　大气压力:86 kPa～106 kPa。

6.2　外观

目视检查下列项目,应符合5.2的要求:

a)　外壳有无划痕、凹坑、变形等缺陷;

b)　颜色是否均匀一致,有无褪色、起泡或剥落现象。

6.3　准确度

6.3.1　试验原理

采用标准品检测法,即使用已知浓度的标准品进行检测,将检测结果与标准品的浓度进行比较,计算检测结果的准确度。

6.3.2　试验步骤

a)　选择合适的标准品,确保其浓度覆盖仪器的检测范围,包括低浓度、中浓度和高浓度;

b)　将标准品按照仪器操作说明书的要求进行处理,确保其状态稳定;

c)　将处理后的标准品加入检测卡的样品孔中,记录仪器的检测结果;

d)　每个浓度的标准品重复检测3次,计算检测结果的平均值;

e)　将检测结果与标准品的浓度进行比较,计算准确度。

6.3.3　结果计算

准确度按公式(1)计算:

$$R = \frac{C_m}{C_s} \times 100\% \quad \cdots\cdots\cdots\